



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA
MŰSZAKI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS MÉRÉSÜGYI FŐOSZTÁLY

ügyiratszám: BP/2002/0. 843 -2/2025/00. 03
hivatkozási szám:

HITELESÍTÉSI BIZONYÍTVÁNY

Az 1991. évi XLV. törvény 7. és 10. §-a alapján, valamint a 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 11. pontjára figyelemmel, az alábbi kötelező hitelesítésű használati mérőeszköz hitelesítését elvégeztem, és a 2016. évi CL. törvény 81. § (2) bekezdés a) pontja alapján a hitelesítési bizonyítványt kiadom.

A hitelesítés tárgya:

mérleg (Készlet)
gyártó: Schenck
típus: Disomat B plus/VTG 20400
gyártási szám: DB0911/05
mérési határ (Max): 60 kg
osztásérték (d =): 20 kg hitelesítési osztásérték (e =): 20 kg
pontossági osztály: III

Hitelesítésre bemutatta:

RAUCH KFT.
6000 Hémezzváros, Jókai u. 30.
Tel.: (62) 246-057
Bszl.: 10200184-28111312-00000000

A hitelesítés helye és ideje:

2025. év december hó 27 nap

44.
RAUCH HUNGÁRIA KFT.
1172 Budapest, Kis Károshíd u. 1.
Adószám: 10775534-2-44
Banksz.: 10900035-00000002-15650159
Tel.: +36 1 253-1200 Fax: +36 1 256-6442

A hitelesítés módja: A hitelesítés a HE 5-2021 jelű hitelesítési előírás szerint, a vonatkozó hitelesítési engedély alapján, az előírt pontossági tartaléknak megfelelően kiválasztott használati etalonokkal történt. A mérések eredményei országos etalonra visszavezethetők.

Értékelés: A mérőeszköz az előírt hitelesítési követelményeknek **megfelelt**.

Bélyegzés: A hitelesítés tényét a mérőeszközön elhelyezett db jelű bélyegzés, M. 85495 sorsszámú öntapadó matrica, törvényes tanúsító jel valamint B201258-300; B301091; B262713 sorsszámú lezáró matrica(ák) tanúsítják.

Érvényesség: A mérőeszköz rendeltetésszerű használata (az előírásoknak megfelelő gondos tárolása és szállítása), valamint a tanúsító és lezáró jelek sértetlensége esetén, továbbá – szoftveres lezárással – a (kiegészítő) adattáblán feltüntetett és a kijelzőre lehívható jelű hitelesítési kód azonossága mellett **2 év**, azaz a mérőeszköz

2027. év december hó 27 nap-ig használható hiteles mérésre.

(A hiteles állapot folyamatos fenntartása érdekében az újrahitelesítést a hitelesség érvényének lejártá előtt legalább 30 nappal meg kell rendelni.)

A hatáskörömet és illetékességemet a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklete alapítja meg.

Az ügyfél a hitelesítésnek a 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díját az ott előírt módon előre befizette és viseli.

Budapest, 2025. 03. 27.

A hitelesítést végezte: Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető Főispán nevében és megbízásából:



P. H.
Keresztényi Zoltán
metrológus
31

[Signature]
metrológus

Mechanikai és Közüzemi Hitelesítések Osztálya

1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.; 1535 Bp., Pf.: 922.;

Telefon: +36 (1) 458-5987; +36 (1) 458-5608

Vagvolgyi.Pal @bfkh.gov.hu; mmbh@bfkh.gov.hu; www.kormanyhivatal.hu