



BUDAPEST FŐVÁROS  
KORMÁNYHIVATALA  
MŰSZAKI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS MÉRÉSÜGYI FŐOSZTÁLY

ügyiratszám: BP/2002/01455-2/2025/00...<sup>04</sup>

hivatkozási szám: -----

**HITELESÍTÉSI BIZONYÍTVÁNY**

Az 1991. évi XLV. törvény 7. és 10. §-a alapján, valamint a 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 11. pontjára figyelemmel, az alábbi kötelező hitelesítésű használati mérőeszköz hitelesítését elvégeztem, és a 2016. évi CL. törvény 81. § (2) bekezdés a) pontja alapján a hitelesítési bizonyítványt kiadom.

**A hitelesítés tárgya:**

mérleg ( *háztartási* )  
gyártó: *Mérleg-GSM*  
típus: *EMX 100/113*  
gyártási szám: *D12802*  
mérési határ (Max): *20000/40000* kg  
osztásérték (d =): *10/20* g hitelesítési osztásérték (e =): *10/20* g  
pontossági osztály: III.

**Hitelesítésre bemutatta:**

**Balázs Imre e.v.**  
2700 Cegléd, Etelka u. 1.

**A hitelesítés helye és ideje:**

**INTER-POHOR KFT.**  
2364 Ócsa, Üllői u. 41.  
Adószám: 24073976-2-13

*Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 163.*  
2025. év május hó 21. nap

**A hitelesítés módja:** A hitelesítés a HE 5-2021 jelű hitelesítési előírás szerint, a vonatkozó hitelesítési engedély alapján, az előírt pontossági tartaléknak megfelelően kiválasztott használati etalonokkal történt. A mérések eredményei országos etalonra visszavezethetők.

**Értékelés:** A mérőeszköz az előírt hitelesítési követelményeknek **megfelelt.**

**Bélyegzés:** A hitelesítés tényét a mérőeszközön elhelyezett *32* jelű bélyegzés, M. *930888* sorszámú öntapadó matrica, törvényes tanúsító jel, valamint *B304499-492* sorszámú lezáró matrica(ák) tanúsítják.

**Érvényesség:** A mérőeszköz rendeltetésszerű használata (az előírásoknak megfelelő gondos tárolása és szállítása), valamint a tanúsító és lezáró jelek sértetlensége esetén, továbbá – szoftveres lezárással – a (kiegészítő) adattáblán feltüntetett és a kijelzőre lehívható --- jelű hitelesítési kód azonossága mellett **2 év**, azaz a mérőeszköz

**2027. év május hó 21. nap-ig** használható hiteles mérésre.

(A hiteles állapot folyamatos fenntartása érdekében az újrakalibrálást a hitelesség érvényének lejártá előtt legalább 30 nappal meg kell rendelni.)

A hatáskörömet és illetékességemet a 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklete állapítja meg.

Az ügyfél a hitelesítésnek a 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díját az ott előírt módon előre befizette és viseli.

Budapest, 2025. május 21.

**A hitelesítést végezte:** Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető Főispán nevében és megbízásából:



P. H. **Polgár István**  
metrológus  
32

*[Signature]*  
Polgár István  
metrológus